

2011年7月11日

お客様各位

共立電気計器株式会社
品質保証部

ACアダプタ MODEL8022 ご使用中のお客様へお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ACアダプタ MODEL8022 (MODEL2010 及び MODEL2412 のオプション製品) が電気用品安全法に基づく表示がなされず出荷されていたことが判明いたしました。

当該ACアダプタをご使用中のお客様に事実をお知らせするとともに、誠に申し訳なく衷心より深くお詫び申し上げます。

なお、国内で当該ACアダプタをご使用になっても、安全上の問題はないことを確認いたしました。

謹白

記

1. 対象製品

1997年2月から2010年12月までに販売したACアダプタ MODEL8022



2. 内容

米国向けUL認証のACアダプタ (AC120V 60Hz仕様) を国内で販売いたしました。

当該アダプタはアメリカの安全規格ULを取得しており、また、外部機関で以下の試験を実施し、国内で使用しても安全上の問題は発生しないことを確認いたしました。

- ・ 出力電圧測定
- ・ 絶縁抵抗試験
- ・ 耐電圧試験
- ・ 温度試験

3. 対応

電気用品安全法に適合した代替品と交換させていただきます。下記営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

今後、お客様にご心配おかけすることのないよう、電気用品安全法に関しての管理体制を築いて参りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

<営業窓口>

本社, 東京営業所

TEL: 03-3723-7021 FAX: 03-3723-0139

大阪営業所

TEL: 06-6337-8648 FAX: 06-6337-8590

名古屋営業所

TEL: 052-939-2861 FAX: 052-939-2862

仙台営業所

TEL: 022-297-9671 FAX: 022-298-8009

以上